

시험 성적서

KOTITI

접수번호 : 8220-1509-100319-001

발급번호 : 5000822431

접수일자 : 2020년 03월 23일

발급일자 : 2020년 04월 01일

시료명	MNS 마스크필터	검사목적	연구/참고/기타
제조번호	MN200316	제조일자	-
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	2023년 03월 16일
업체명	(주)우리엠엔에스	대표자	성영빈
소재지	경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동)	전화번호	031-508-6060

시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	비고
순도시험 (색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	-	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	의약외품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (산 및 알칼리)	페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. /메틸오렌지시액 1방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.	-	페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. /메틸오렌지시액 1방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.	의약외품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (형광증백제)	형광을 나타내지 않아야한다.	-	형광을 나타내지 않는다.	의약외품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (포름알데히드)	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	-	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	의약외품에 관한 기준 및 시험방법
분진포집효율-KF94 (염화나트륨)	개개의 측정치는 94 이상	%	본품 : 99/99/99 전처리 : 99/99/99	보건용마스크 기준 규격에 대한 가이드라인
분진포집효율-KF94 (파라핀 오일)	개개의 측정치는 94 이상	%	본품 : 98/98/98 전처리 : 98/98/97	보건용마스크 기준 규격에 대한 가이드라인

시험검사자 : 조운섭

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원

